

Dotazník pro Nexgear Sixty-six ankle 17AD200

Vyplňujte vždy za dvojici použitých hlezenních kloubů (bilaterální použití).

1. Označení prvního hlezenního kloubu (např. 17AD200=10-T):
2. Číslo šarže (LOT prvního hlezenního kloubu):
3. Označení druhého hlezenního kloubu (např. 17AD200=10-T):
4. Číslo šarže (LOT druhého hlezenního kloubu):
5. Tělesná hmotnost uživatele (kg):
6. Věk uživatele:
7. Uživatel je vybaven ortézou s Nexgear Sixty-six ankle 17AD200:
 - a) Na jedné dolní končetině
 - b) Na obou dolních končetinách
8. Ortéza, na které je Nexgear Sixty-six ankle 17AD200 použit, je typu:
 - a) AFO
 - b) KAFO
 - c) Jiný
9. Řešení bércevé objímky ortéz/y:
 - a) S přední oporou
 - b) Se zadní oporou
10. Stupeň svalové síly při plantární flexi:
 - a) 0-1
 - b) 1-2
 - c) 2-3
 - d) 3-4
 - e) 4-5
11. Stupeň svalové síly při dorzální flexi:
 - a) 0-1
 - b) 1-2
 - c) 2-3
 - d) 3-4
 - e) 4-5

12. Stupeň svalové síly při extenzi kolenního kloubu:

- a) 0-1
- b) 1-2
- c) 2-3
- d) 3-4
- e) 4-5

13. Jakým postupem jste došel/došla k modelu končetiny?

- a) Sádrování a zhotovení sádrového modelu
- b) Skenování a frézování pěnového modelu
- c) Skenování a objednání pěnového modelu z Ottobock iFab Customer Center
- d) Jiný

14. Byla součástí vybavení uživateli vyrobena zkušební ortéza?

- a) Ano
- b) Ne

15. Použil/a jste při úpravě negativu stavěcí pomůcku pro ortézy 743A6?

- a) Ano
- b) Ne

16. Měl/a jste problém při laminaci finální ortézy s Nexgear Sixty-six ankle 17AD200?

- a) Ano
- b) Ne

17. Jaký typ pryskyřice jste při laminaci použil/a?

- a) 617H19=* Orthocryl 80:20
- b) 617H119=* Orthocryl 80:20 PRO
- c) 617H55=* C-Orthocryl
- d) 617H5=* Orthopox
- e) Jiný

18. Typ předchozího vybavení uživatele:

- a) AFO ortéza z produktové řady WalkOn
- b) AFO ortéza s bilaterálními hlezenními klouby
- c) KAFO ortéza
- d) Jiný
- e) Žádný

19. Jak hodnotí uživatel rozdíl oproti předchozímu vybavení?

- a) Výrazně lepší
- b) Lepší
- c) Srovnatelné
- d) Horší

20. Máte nějaké připomínky nebo návrhy pro zlepšení tohoto produktu?